
Error in ISAS 1m Spectrometer Wavelength Calibration, 960722
Measured Wavelength − True Wavelength (Å)
True Wavelength (Å)
−4.0
−4.5
−5.0
−5.5
−6.0
5000
6000
7000
8000
9000
Intercept: −3.901± 0.566
Slope: 0.999881±0.000000
Mon Jul 29 13:05:26 1996